

检验报告书

产品名称	100ul 盒装滤芯吸头	货号	CR-TFB-QSP-100S
批号	20221117	数量	4800 支
生产日期	2022-11-17	检验日期	2022-11-17
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2022-11-17
样品状态	无破损	有效日期	2025-11-17
		检验项目	材质、外观、滤芯高度、生物性能、无酶等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净: 产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
滤芯高度	最大移液量程吸液与滤芯之间是否有安全高度	液面与滤芯之间有安全高度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		

审核人: 韦丽花

批准人: 宋杰

华罕 (苏州) 生物科技有限公司

