



检验报告书

产品名称	0.2ml 无酶荧光定量 PCR 透明 8 联排 (管+平盖)	货号	SSC-PCR-0208C	
批号	2311062101	数量	1250 排	
生产日期	2023-03-16		2023-03-16	
材质	PP	报告日期	2023-03-16	
样品状态	无破损	有效日期	2028-03-16	
		检验项目	材质、外观、密封性、透光率等	
检验报告结果				
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论	
PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	☑符合/ ☐不符合	
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	☑符合/☐不符合	
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	☑符合/☐不符合	
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	☑符合/ ☑不符合	
	洁净: 产品内外无污染	产品内外洁净无污染	☑符合/☐不符合	
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	☑符合/☐不符合	
密封性	蒸发率/密封无泄漏	蒸发率合格/密封无泄漏	☑符合/☐不符合	
透光率	QPCR 实验测试	透光率优	☑符合/☐不符合	
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	☑符合/☐不符合	
结论	合格 检验检测专用章			
QC	审核人:	韦丽花	批准人:	张春燕

