



检验报告书

产品名称	100mm 细胞培养皿 (握环) (TC)	货号	SSC-TCDG-100
批号	2311003	数量	300 套
生产日期	2023-03-07	检验日期	2023-03-07
材质	PP	报告日期	2023-03-07
样品状态	无破损	有效日期	2026-03-07
		检验项目	材质、外观、生物性能等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	阴性
结论	合格 111 检验检测专用章		
QC	审核人:	韦丽花	批准人: 张春燕

