

检验报告书

产品名称	1250ul 无酶袋装吸头 (蓝色)	货号	SSC-T-1250
批号	20221220		5000 支
生产日期	2022-12-20	检验日期	2022-12-20
材质	PP	报告日期	2022-12-20
样品状态	无破损	有效日期	2027-12-20
		检验项目	材质、外观、密封性、抗跌性等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存 在色差	同一批次颜色均一	☑符合 / ☐不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	☑符合 / ☐不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、 无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械 性划痕, 无小黑点	☑符合 / ☐不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接 痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩 水, 飞边、熔接痕正常	☑符合 / ☐不符合
	洁净: 产品内外无污染 (无可移 动杂物和条状绒毛)	产品内外洁净无污染	☑符合 / ☐不符合
密封性	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	☑符合 / ☐不符合
液体残留	移液器密封实验测试	吸液 30 秒密封无泄漏	☑符合 / ☐不符合
适配性	取 loading buffer 移液 测试	残留液体微量	☑符合 / ☐不符合
无酶	7 种以上品牌移液测试	适配度好	☑符合 / ☐不符合
结论	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	☑符合 / ☐不符合
QC	审核人:	韦丽花	批准人:
			刘平

