



# 检验报告书

产品名称	10ul 无酶袋装吸头	货号	SSC-T-10	
批号	2312002	数量	20000 支	
生产日期	2023-03-24	检验日期	2023-03-24	
材质	PP	报告日期	2023-03-24	
样品状态	无破损	有效日期	2028-03-24	
		检验项目	材质、外观、密封性、抗跌性等	
检验报告结果				
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论	
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	☑符合 / ☐不符合	
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	☑符合 / ☐不符合	
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	☑符合 / ☐不符合	
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	☑符合 / ☐不符合	
	洁净: 产品内外无污染 (无可移动杂物和条状貌丝)	产品内外洁净无污染	☑符合 / ☐不符合	
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	☑符合 / ☐不符合	
密封性	移液器密封实验测试	吸液 30 秒密封无泄漏	☑符合 / ☐不符合	
液体残留	取 loading buffer 移液测试	残留液体微量	☑符合 / ☐不符合	
适配性	7 种以上品牌移液测试	适配度好	☑符合 / ☐不符合	
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	☑符合 / ☐不符合	
结论				
QC	审核人:	韦丽花	批准人:	张春燕

