

# 检验报告书

产品名称	2ml 无菌无酶冻存管	货号	CR-CT-2.0S
批号	202308005	数量	500 个
生产日期	2023-02-16	检验日期	2023-02-16
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2023-02-16
样品状态	无破损	有效日期	2026-02-16
		检验项目	材质、外观、密封性、低温测试、生物性能、无酶等
<b>检验报告结果</b>			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色：透明均一，同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准，无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面：要求光滑平整，无变形、无机械性划痕，无小黑点	表面光滑平整，无变形，无机械性划痕，无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形，在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形，在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	真空等离子表面处理，细胞贴壁性优良	真空等离子表面处理，细胞贴壁性优良	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口：点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
密封性	真空负压装置测试	密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
低温测试	-196℃液氮气态状保存	无泄漏/无爆管现象	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌实验	细菌培养阴性	阴性
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论			

审核人：张春燕

批准人：韦丽华

华罕（苏州）生物科技有限公司

