

检验报告书

产品名称	荧光定量光学封板膜	货号	CR-PCR-OF
批号	20221013	数量	100 张
生产日期	2022-10-13	检验日期	2022-10-13
材质	进口透明聚丙烯	报告日期	2022-10-13
样品状态	无破损	有效日期	2025-10-13
		检验项目	材质、外观、生物性能、无等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
材质外观	粘性测试	对皮肤和手套无粘性	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	透明聚丙烯薄膜	2mil (0.05mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净：产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
胶粘剂	2mil (0.05mm)	硅藻土压敏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
衬垫释放	Maximum30g/in(30g/25mm) (0.3N/25mm)	29g/in(29g/25mm) (0.3N/25mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
透光率	ASTMD 1003BYK 雾度计检测	94%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
温度	-70℃-100℃之间使用	无泄漏、无断裂	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
荧光检测	无自体荧光	无自体荧光	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		



批准人：韦丽花

审核人：宋杰

华军（苏州）生物科技有限公司

