



三色川

- SAN SE CHUAN -

# 检验报告书

|        |  |                              |   |
|--------|--|------------------------------|---|
| 产品名称   | 200ul 无酶袋装吸头 (黄色)                      | 货号                           | SSC-T-200   |
| 批号     | 2311052207                             | 数量                           | 20000 支   |
| 生产日期   | 2023-03-16                             | 检验日期                         | 2023-03-16  |
| 材质     | PP                                     | 报告日期                         | 2023-03-16  |
| 样品状态   | 无破损                                    | 有效日期                         | 2028-03-16  |
|        |  | 检验项目                         | 材质、外观、密封性、抗跌性等  |
| 检验报告结果 |  |                              |   |
| 检验项目   | 标准规定                                   | 测试结果                         | 检验结论  |
| -PP 外观 | 颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差                    | 同一批次颜色均一                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
|        | 产品外形尺寸符合标准                             | 尺寸标准, 无变形                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
|        | 表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点           | 表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
|        | 成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等 | 无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
|        | 洁净: 产品内外无污染 (无可移动杂物和条状貌丝)              | 产品内外洁净无污染                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
|        | 注胶口: 点胶平整无残留                           | 点胶平整无残留                      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 密封性    | 移液器密封实验测试                              | 吸液 30 秒密封无泄漏                 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 液体残留   | 取 loading buffer 移液测试                  | 残留液体微量                       | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适配性    | 7 种以上品牌移液测试                            | 适配度好                         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 无酶     | 无 DNase 和 RNase 污染                     | 无 DNase 和 RNase 污染           | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 结论     |  |                              |   |
| QC     | 审核人:                                   | 韦丽花                          | 批准人: 张春燕  |

