



检验报告书

| | | | |
|---------------|--|------------------------------|--|
| 产品名称 | 300ul 袋装吸头 (透明/刻度/60mm) | 货号 | CR-250C |
| 批号 | 231572236 | 数量 | 20000 支 |
| 生产日期 | 2023-04-12 | 检验日期 | 2023-04-12 |
| 材质 | 医疗级进口 PP | 报告日期 | 2023-04-12 |
| 样品状态 | 无破损 | 有效日期 | 2028-04-12 |
| 检验项目 | | 检验项目 | 材质、外观、密封性、无酶等 |
| 检验报告结果 | | | |
| 检验项目 | 标准规定 | 测试结果 | 检验结论 |
| PP 外观 | 颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差 | 同一批次颜色均一 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 产品外形尺寸符合标准 | 尺寸标准, 无变形 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 表面: 要求光滑平整, 无变形、无机机械性划痕, 无小黑点 | 表面光滑平整, 无变形, 无机机械性划痕, 无小黑点 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等 | 无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 洁净: 产品内外无污染 | 产品内外洁净无污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 密封性 | 密封胶: 点胶平整无残留 | 点胶平整无残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 无酶 | 密封无泄漏 | 密封无泄漏 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 结论 | 无 DNase 和 RNase 污染 | 无 DNase 和 RNase 污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |



审核人: 韦丽花

批准人: 张春燕

华甄 (苏州) 生物科技有限公司



扫描全能王 创建