


# 检验报告书

产品名称	50ml 离心管袋装 (耐高速 16000xg)	货号	CR-T-050HS
批号	20230102	数量	500 支
生产日期	2023-01-02	检验日期	2023-01-02
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2023-01-02
样品状态	无破损	有效日期	2026-01-02
		检验项目	材质、外观、生物性能、相对离心力、无酶等

## 检验报告结果

检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色：透明均一，同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准，无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面：要求光滑平整，无变形、无机机械性划痕，无小黑点	表面光滑平整，无变形，无机械性划痕，无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷：无缺陷，气泡，熔接痕过大，白色雾状纹，明显缩水，飞边等	无缺陷，气泡，白色雾状纹；缩水，飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
密封性	洁净：产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口：点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
抗跌性	密封无泄漏	密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	从>1m 高度自由下落不能出现裂缝，断裂和变形	无裂缝、断裂和变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌实验	细菌培养阴性	阴性
相对离心力	相对离心力 17000×g	无破损，漏液	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论			

审核人：张春燕

批准人：韦丽花

华罕（苏州）生物科技有限公司

