

检验报告书

产品名称	1250ul 盒装滤芯吸头	货号	CR-TFB-1250S
批号	20221105	数量	4800 支
生产日期	2022-11-05	检验日期	2022-11-05
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2022-11-05
样品状态	无破损	有效日期	2025-11-05
		检验项目	材质、外观、滤芯高度、生物性能、无酶等

检验报告结果

检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色：透明均一，同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准，无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面：要求光滑平整，无变形、无机械性划痕，无小黑点	表面光滑平整，无变形，无机械性划痕，无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷：无缺陷，气泡，熔接痕过大，白色雾状纹，明显缩水，飞边等	无缺料，气泡，白色雾状纹；缩水，飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净：产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口：点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
滤芯高度	最大移液量程吸液与滤芯之间是否有安全高度	液面与滤芯之间有安全高度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		

审核人：韦丽花

批准人：宋杰

华罕（苏州）生物科技有限公司



扫描全能王 创建