



# 检验报告书

产品名称	50ml 无酶离心管无菌袋装 (耐高速 18000xg)	货号	SSC-CT-50HS
批号	2311007	数量	500 支
生产日期	2023-03-15	检验日期	2023-03-15
材质	PP	报告日期	2023-03-15
样品状态	无破损	有效日期	2026-03-15
		检验项目	材质、外观、密封性、抗跌性等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机 械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机 械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过 大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净: 产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
密封性	密封无泄漏	密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
抗跌性	从 > 1m 高度自由下落不能出现裂 缝、断裂和变形	无裂缝、断裂和变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
结论			
QC	审核人:	韦丽花	批准人: 张春燕

