

检验报告书

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 产品名称 | 200ul 特长滤芯盒装吸头 | 货号 | CR-TF-200TC |
| 批号 | 20221114 | 数量 | 4800 支 |
| 生产日期 | 2022-11-14 | 检验日期 | 2022-11-14 |
| 材质 | 医疗级进口 PP | 报告日期 | 2022-11-14 |
| 样品状态 | 无破损 | 有效日期 | 2025-11-14 |
| | | 检验项目 | 材质、外观、滤芯高度、生物性能、无酶等 |
| 检验报告结果 | | | |
| 检验项目 | 标准规定 | 测试结果 | 检验结论 |
| PP 外观 | 颜色：透明均一，同一批次不存在色差 | 同一批次颜色均一 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 产品外形尺寸符合标准 | 尺寸标准，无变形 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 表面：要求光滑平整，无变形、无机械性划痕，无小黑点 | 表面光滑平整，无变形，无机械性划痕，无小黑点 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 成型缺陷：无缺陷，气泡，熔接痕过大，白色雾状纹，明显缩水，飞边等 | 无缺料，气泡，白色雾状纹：缩水，飞边、熔接痕正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 洁净：产品内外无污染 | 产品内外洁净无污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 注胶口：点胶平整无残留 | 点胶平整无残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 滤芯高度 | 最大移液量程吸液与滤芯之间是否有安全高度 | 液面与滤芯之间有安全高度 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 生物性能 | 无菌试验 | 细菌培养阴性 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 无酶 | 无 DNase 和 RNase 污染 | 无 DNase 和 RNase 污染 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 结论 | 合格 | | |

审核人：韦丽花

批准人：宋杰



华罕（苏州）生物科技有限公司

