



检验报告书

产品名称	2ml 无菌无酶冻存管 (外旋盖)	货号	SSC-CT-2SO	
批号	2311004	数量	500 个	
生产日期	2023-03-16	检验日期	2023-03-16	
材质	PP	报告日期	2023-03-16	
样品状态	无破损	有效日期	2028-03-16	
		检验项目	材质、外观、密封性、等	
检验报告结果				
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论	
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置。	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
密封性	真空负压装置测试	密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
低温测试	-196°C液氮气态状保存	无泄漏 无爆管现象	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	阴性	
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合	
结论				
QC	审核人:	韦丽花	批准人:	张春燕

