



检验报告书

产品名称	10ul 盒装无菌无酶吸头	货号	SSC-T-10R-S
批号	2311004	数量	4800 支
生产日期	2023-03-16	检验日期	2023-03-16
材质	PP	报告日期	2023-03-16
样品状态	无破损	有效日期	2026-03-16
		检验项目	材质、外观、生物性能等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净: 产品内外无污染 (无可移动杂物和条状貌丝)	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	阴性
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		
QC	审核人:	韦丽花	批准人: 张春燕

