



检验报告书

产品名称	10ml 无菌血清移液管	货号	SSC-SP-10S
批号	221206	数量	200 支
生产日期	221206	检验日期	221206
材质	PP	报告日期	221206
样品状态	无破损	有效日期	271209
		检验项目	材质、外观、生物性能等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置。	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌试验	细菌培养阴性	阴性
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
结论			
QC	审核人:	韦丽花	批准人: 张春燕

