



检验报告书

产品名称	10ul 无酶袋装吸头	货号	SSC-T-10
批号	2307002	数量	20000 支
生产日期	2023-02-13	检验日期	2023-02-13
材质	PP	报告日期	2023-02-13
样品状态	无破损	有效日期	2028-02-13
		检验项目	材质、外观、密封性、抗跌性等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
-PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	☑符合 / ☐不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	☑符合 / ☐不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	☑符合 / ☐不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺陷, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	☑符合 / ☐不符合
	洁净: 产品内外无污渍 (无可移动杂物和条状杂质)	产品内外洁净无污渍	☑符合 / ☐不符合
密封性	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	☑符合 / ☐不符合
	移液器密封实验测试	吸液 30 秒密封无泄漏	☑符合 / ☐不符合
液体残留	取 loading buffer 移液测试	残留液体微量	☑符合 / ☐不符合
适配性	7 种以上品牌移液测试	适配度好	☑符合 / ☐不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	☑符合 / ☐不符合
结论			
QC	审核人: 韦丽花	批准人: 刘平	



扫描全能王 创建