



检验报告书

产品名称	0.2ml 荧光定量PCR 透明 8 联排 (管+平盖) A 版	货号	CR-PCR-0208C
批号	20221101	数量	1250 排
生产日期	2022-11-01	检验日期	2022-11-01
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2022-11-01
样品状态	无破损	有效日期	2027-11-01
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存 在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、 无机机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机 机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接 痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等	无缺陷, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净: 产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
密封性能	注胶口: 点胶平整无残留 蒸发率/密封无泄漏	点胶平整无残留 蒸发率合格/密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
抗跌性	从 1m 高度自由下落不能出现裂缝、 断裂和变形	无裂缝、断裂和变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
PCR 测试	PCR 测试和 QPCR 实验测试	数据精确稳定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		

审核人: 韦丽花

批准人: 宋杰



扫描全能王 创建

华罕 (苏州) 生物科技有限公司