

检验报告书

产品名称	60mm 细菌培养皿	货号	CR-B-060S
批号	202304003	数量	1000 套
生产日期	2023-01-29	检验日期	2023-01-29
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2023-01-29
样品状态	无破损	有效日期	2026-01-29
		检验项目	材质、外观、叠放性、贴壁性、生物性能、无酶等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准, 无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点	表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置	显微镜下观察细胞无光学扭曲变形, 在每块的底部的数字指标方便用户确定细胞的位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口: 点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
叠放性	堆叠设计使叠放和存储更加容易	堆叠设计使叠放和存储更加容易	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
贴壁性	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	真空等离子表面处理, 细胞贴壁性优良	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
生物性能	无菌实验	细菌培养阴性	阴性
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合
结论			

审核人: 韦丽花

批准人: 刘平

华罕(苏州)生物科技有限公司