

# 检验报告书

|      |                              |      |                   |
|------|------------------------------|------|-------------------|
| 产品名称 | 0.1ml 荧光定量 PCR 透明 8 联排 (管+盖) | 货号   | CR-PCR-0108C      |
| 批号   | 20221105                     | 数量   | 1250 排            |
| 生产日期 | 2022-11-05                   | 检验日期 | 2022-11-05        |
| 材质   | 医疗级进口 PP                     | 报告日期 | 2022-11-05        |
| 样品状态 | 无破损                          | 有效日期 | 2027-11-05        |
|      |                              | 检验项目 | 材质、外观、密封性、透光率、无酶等 |

## 检验报告结果

| 检验项目  | 标准规定                                   | 测试结果                         | 检验结论   |
|-------|--|------------------------------|--|
| PP 外观 | 颜色: 透明均一, 同一批次不存在色差                    | 同一批次颜色均一                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
|       | 产品外形尺寸符合标准                             | 尺寸标准, 无变形                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
|       | 表面: 要求光滑平整, 无变形、无机械性划痕, 无小黑点           | 表面光滑平整, 无变形, 无机械性划痕, 无小黑点    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
|       | 成型缺陷: 无缺陷, 气泡, 熔接痕过大, 白色雾状纹, 明显缩水, 飞边等 | 无缺料, 气泡, 白色雾状纹; 缩水, 飞边、熔接痕正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
|       | 洁净: 产品内外无污染                            | 产品内外洁净无污染                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
|       | 注胶口: 点胶平整无残留                           | 点胶平整无残留                      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 密封性能  | 蒸发率/密封无泄漏                              | 蒸发率合格/密封无泄漏                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 透光率   | QPCR 实验测试                              | 透光率优                         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 无酶    | 无 DNase 和 RNase 污染                     | 无 DNase 和 RNase 污染           | <input checked="" type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 结论    |  |                              |  |



审核人: 聂奥力

批准人: 任立银

华罕 (苏州) 生物科技有限公司

