

## 检验报告书

产品名称	0.1ml 无酶荧光定量 PCR 透明 8 联排 (管+平盖) 欧版	货号	CR-PCR-0108EC
批号	20221031	数量	1250 排
生产日期	2022-10-31	检验日期	2022-10-31
材质	医疗级进口 PP	报告日期	2022-10-31
样品状态	无破损	有效日期	2027-10-31
		检验项目 想	材质、外观、密封性、抗跌性、PCR 测试、无酶等
检验报告结果			
检验项目	标准规定	测试结果	检验结论
PP 外观	颜色：透明均一，同一批次不存在色差	同一批次颜色均一	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	产品外形尺寸符合标准	尺寸标准，无变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	表面：要求光滑平整，无变形、无机械性划痕，无小黑点	表面光滑平整，无变形，无机 械性划痕，无小黑点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	成型缺陷：无缺陷，气泡，熔接痕过大，白色雾状纹，明显缩水，飞边等	无缺料，气泡，白色雾状纹； 缩水，飞边、熔接痕正常	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	洁净：产品内外无污染	产品内外洁净无污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
	注胶口：点胶平整无残留	点胶平整无残留	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
密封性能	蒸发率/密封无泄漏	蒸发率合格/密封无泄漏	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
抗跌性	从>1m 高度自由下落不能出现裂缝、断裂和变形	无裂缝、断裂和变形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
PCR 测试	PCR 测试和 QPCR 实验测试	数据精确稳定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
无酶	无 DNase 和 RNase 污染	无 DNase 和 RNase 污染	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 / <input type="checkbox"/> 不符合
结论	合格		

审核人：韦丽花   
 批准人：宋杰

华罕达成（上海）贸易有限公司



扫描全能王 创建